
Control de DEA - Desfibrilador Externo Automático

Control de Parches/Electrodos

Para realizar el control de vigencia de los parches o electrodos debemos observar la etiqueta que dispone el envase contenedor (puede ser un sobre, casete, etc).
La fecha puede estar dispuesta dd/mm/aa, mm/dd/aa, aa/mm/dd. Sea cual fuera la forma de presentación de la fecha, si expiró el insumo debe ser repuesto.

Control de Bateria
Para realizar el control de vigencia y disponibilidad de bateria disponemos de fecha de caducidad e indicador, en muchos casos, de necesidad de reposicion de bateria.
El indicador puede ser algo visual, puede ser un luz titilante en un color determinado, puede hacer un sonido o pitido de aviso. Cualquiera sea de los casos enumerados, la bateria debe ser repuesta.
Puede tambien consultarse al manual de usuario, el distribuidor de la marca de DEA para evacuar cualquier duda que surja con el equipo o con la reposición de insumos necesarios.



Número de Serie
(parte posterior del equipo)



Indicadores de revisión
(Bateria/Mantenimiento)





Indicadores de capacidad de batería
(3 barras 100%)



Indicador lumínico de capacidad de batería
(Luz intermitente)



Número de Serie
(parte posterior del equipo)



Fecha de caducidad de electrodos/parches
(en el contenedor de parches)



Fecha de caducidad de electrodos/parches
(en el contenedor de parches)



Fecha de caducidad de electrodos/parches
(en el contenedor de parches)